

アイビジョン58%モイスト
(ソフトコンタクトレンズ)

再使用禁止

【警告】

- コンタクトレンズ（以下、レンズ）の装用により、角膜潰瘍、角膜炎（感染性角膜炎を含む）角膜浸潤、角膜びらん等の角膜上皮障害、角膜浮腫、結膜炎（巨大乳頭結膜炎を含む）、虹彩炎、角膜血管新生等が発症する可能性及び角膜内皮細胞の減少を早める可能性があります。
レンズの装用による眼障害の中には、治療せずに放置すると失明につながるものがあります。
- 上記の眼障害を起こさないようにするためにも、レンズを使用する際は次のことを守ってください。
 - 装用時間を正しく守ること
レンズの装用時間には個人差があります。眼科医から指示された装用時間を守ってください。
 - 使用期間を守ること
このレンズは1日で新しいレンズと交換する使い捨てレンズです。
 - 取扱い方法を守り正しく使用すること
レンズの取扱い方法を誤ると眼障害につながります。レンズは清潔に保ち、正しい取扱い方法で使用してください。
 - 定期検査を受けること
自覚症状がなく調子よく装用していても眼やレンズにキズがついたり、眼障害が進行していることがあります。異常がなくても眼科医に指示された定期検査を必ず受けてください。
 - 異常を感じたら直ちに眼科を受診すること
レンズ装用前に目ヤニや充血がないか、また装用後も異物感等がないか確認し、異常を感じたら眼科を受診してください。
 - 破損等の不具合があるレンズは絶対に使用しないこと
装用前に、レンズに破損等の不具合がないか必ず確認してください。装用中にレンズの破損等による自覚症状が発生し、自覚症状が改善しない場合は眼科を受診してください。

【禁忌・禁止】

- 適用対象（患者）：次の人は使用しないこと
前眼部の急性及び亜急性炎症
眼感染症
ぶどう膜炎
角膜知覚低下
レンズ装用に問題となる程度のドライアイ及び涙器疾患
眼瞼異常
レンズ装用に影響を与える程度のアレルギー疾患
常時、乾燥した生活環境にいる人
粉塵、薬品等が眼に入りやすい生活環境にいる人
眼科医の指示に従うことができない人
レンズを適切に使用できない人
定期検査を受けられない人
レンズ装用に必要な衛生管理が行えない人
- 使用方法
自分のレンズを他人に渡したり他人のレンズを使用しないこと
再使用禁止
レンズは一度眼から外したら再使用せず、廃棄してください。

【形状・構造及び原理等】

- レンズの組成
 - ソフトコンタクトレンズ分類：グループIV
 - 構成モノマー：2-HEMA、MAA、EGDMA、アルキルメタクリレート系化合物
 - 含水率：58%
 - 酸素透過係数： $28.0 \times 10^{-11} (\text{cm}^2/\text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2/(\text{mL} \times \text{mmHg}))$
 - 着色剤：フタロシアニン系着色剤
 - 紫外線吸収剤：ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤
紫外線吸収率：
UV-A波：吸収率70%以上
UV-B波：吸収率95%以上
- 保存液の主成分
塩化ナトリウム、緩衝剤（リン酸系）、保湿成分
- 原理
コンタクトレンズに付加された頂点屈折力及びコンタクトレンズと角膜の間に存在する涙液により視力を補正する。

【使用目的又は効果】

視力補正


【使用方法等】

終日装用、単回使用（1日使い捨て）

<使用方法等に関する使用上の注意>

1. レンズ着脱

- レンズ取扱いの注意事項
 - 爪を短く切り、丸くなめらかにしてください。
 - レンズを取扱う前に必ず手を洗浄してください。
 - レンズを着脱するときは、爪を立てたり、指先が直接眼にふれないようにしてください。
- レンズの取り出し方
 - 開封時にアルミシールで手指を切らないよう注意してください
 - レンズをキズつけないように、爪を立てず指の腹でそっと容器から取り出します。
 - 装用前にレンズの左右、裏表を確認してください。



- レンズの着け方
 - 人さし指の先にレンズをのせます。
 - 鏡を見ながら、もう一方の手の親指と人さし指で眼を大きくあけます。
 - レンズをゆっくりと眼に近づけ、クロ目の上にそっとのせます。
 - レンズをクロ目にのせたら、眼をあけていた指をゆっくり離し、まばたきをゆっくりしてください。
 - 左右の見え方で、入れ違いがないかを確認してください。
- レンズのはずし方
 - 中指で下まぶたを引き下げます。
 - そのままの状態で見ながら親指と人さし指でレンズの下方をつまみはずします。
- 装用サイクルと装用スケジュール
 - このレンズは1日で交換する終日装用レンズです。レンズは起きている間に装用し、寝る前にははずしてください。
 - レンズの装用に慣れるまでのスケジュールは個人差があります。必ず眼科医の指示に従って、あなたにもっとも合ったスケジュールで慣らしてください。

1日目	2日目	3日目	4~6日目	7日目以降
6時間	8時間	10時間	12時間	12-14時間以内が目安

(3) 装用を中断した場合

- ・1週間未満の場合は今までより2～4時間短縮してください。
- ・1週間以上中断した場合は、はじめて装用する場合と同じように上記の表を参考に開始してください。
- ・1ヵ月以上中断した場合は、眼科を受診してから装用を開始してください。

3. 定期検査

レンズ装用開始日から1週間後、1ヵ月後、3ヵ月後、以降3ヵ月ごとに、または眼科医の指示に従って必ず定期検査を受けてください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) レンズを使用する前に必ず添付文書をよく読み、必要なときに読めるように保管してください。
- (2) アレルギー疾患を有する場合は、有害事象が発生する危険性が高まりますので眼科医に相談してください。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合や有害事象が発生する可能性があります。

(1) 不具合

レンズ：破れ、キズ、変形、変色、異物付着

(2) 有害事象

角膜潰瘍、角膜膿瘍、角膜穿孔、角膜浸潤、角膜びらん、角膜炎、角膜上皮ステイニング等の角膜上皮障害、角膜浮腫、角膜血管新生、結膜炎、結膜下出血、虹彩炎、麦粒腫、マイボーム腺炎、霰粒腫、眼瞼下垂、調整性眼精疲労、ドライアイ、角膜内皮細胞の減少、SEALS、皸裂斑、眼感染症

<装用時の症状と対処方法>

- ・眼の調子や体調が悪い場合は、無理に使用しないでください。
- ・レンズの使用で、次のような症状が発生した場合は対処方法をお試ください。症状が続く場合には速やかに眼科を受診してください。

症状	対処方法
異物感 痛み かゆみ くもり 目ヤニが多く出る 充血	<ul style="list-style-type: none"> ・レンズを確認し、キズや破損がある場合は、新しいレンズに交換する。 ・汚れがある場合は、新しいレンズに交換する。 ・装用時間が長すぎる場合は、装用時間を短縮する。
視力不安定 見えにくい 眼の疲れ	<ul style="list-style-type: none"> ・レンズの左右、裏表を確認し、新しいレンズに交換する。 ・装用時間が長すぎる場合は、装用時間を短縮する。
乾燥感	<ul style="list-style-type: none"> ・数回まばたきをして涙を多く出す。 ・ソフトコンタクトレンズ用の目薬を点眼する。

3. 高齢者への適用

高齢者等で、自身のレンズの着け外しが困難な方が使用する場合は、眼科医に相談してください。

4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- (1) 薬剤の服用や点眼が必要な方、妊娠、出産された方は、レンズの装用に影響を及ぼすことがありますので、眼科医に相談してください。
- (2) 小児にレンズを使用させる場合、保護者の方等による指導監督のもとに使用してください。

5. その他の注意

- (1) レンズ紛失時及び装用中止時の対応として、予備レンズを携帯し、眼鏡と併用してください。
- (2) 化粧はレンズを着けてから、化粧落としはレンズをはずしてから行ってください。
- (3) 化粧品、薬品、インク、染料、油類等がレンズにつかないようにしてください。ヘアスプレー類は眼を閉じた状態で使用してください。

- (4) 装用中に使用する目薬は、防腐剤を含まないソフトコンタクトレンズ用の人工涙液をおすすめします。それ以外の目薬は眼科医の指示を受けて使用してください。
- (5) 水泳やスポーツをする際はレンズをはずしてください。
- (6) 車の運転や機械の操作等は、見え方に十分慣れてから行ってください。
- (7) 海外へ渡航する際は、スペアのレンズや眼鏡を常に携帯してください。海外に長期滞在する場合は、現地の医療機関で定期検査を受けてください。

【保管方法及び有効期間】

- (1) 保管方法：直射日光及び凍結を避け、室温で保管してください。
- (2) 使用期限 (EXP.)：レンズの使用期限は、レンズの外箱と容器本体に記載されています。使用期限を過ぎたレンズは使用しないでください。
(例：20XX-01＝使用期限20XX年1月末日)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：
クラブ株式会社
TEL:03-6807-8906

製造業者：
ユニコン オプティカル (UNICON Optical Co., LTD.) 台湾

【お問い合わせ窓口】

[症状に関するお問い合わせ]
コンタクトレンズ装用に伴う眼の症状等については、処方を受けた眼科医にご相談ください。

[製品に関するお問い合わせ]
製品の品質には万全を期しておりますが、万一、レンズや包装容器に異常がある場合は使用せず、眼科医・購入先にご相談ください。または、下記までお問い合わせください。

販売業者：
株式会社PURCHASE

お問い合わせ先：
concle@purchaseinc.jp

【包装に記載されているマークについて】

マーク	解説	マーク	解説
	添付文書をお読みください	DIA.	直径
B.C.	ベースカーブ	P.	頂点屈折力
EXP.	使用期限	LOT.	製造番号
	高圧蒸気滅菌済		医家向医療機器
	一回限り使用、再装用不可		容器包装識別表示:紙外箱
	容器包装識別表示:プラスチック		